

## **Pytania i odpowiedzi do postępowania SP ZOZ DA 0500/2/2023**

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego testu dokładności 97,8%?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych 20 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego testu o czułości 95,1% i swoistości 97,8%?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych 20 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

### Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego testu o swoistości 98,4% dla RSV i swoistości 99,4% dla grypy B?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

### Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych 20 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

### Pytanie nr 7

**Pakiet 5.7. Dezynfekcja:**Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści preparat równoważny do dezynfekcji wysokiego poziomu, substancja czynna – kwas nadoctowy (z kwasu octowego, kwasu nadoctowego i nadtlenu wodoru, pH 4, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

**Odp. Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga pH preparatu od neutralnego po bardzo delikatny odczyn kwaśny (pH 7 do 5,5).**

## **Pytania i odpowiedzi do postępowania SP ZOZ DA 0500/2/2023**

### Pytanie nr 8

Pakiet 5.6, pozycja 3 Prosimy o dopuszczenie opatrunku piankowego z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanej z błony poliuretanowej, odprowadzającej nadmiar wilgoci. Dostosowuje się do ruchów ciała. Wielkość opatrunku 10x10cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 9

Pakiet 5.6, pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie opatrunku wielowarstwowego, z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 4 warstw: silikonowej, perforowanej, przylepnej warstwy kontaktowej z raną; białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**